

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17364-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 01.07.2024

Ausstellungsdatum: 01.07.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-17364-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

BML Laboratorien & Labortechnik GmbH
Virchowstraße 10c, 78224 Singen

mit dem Standort

BML Laboratorien & Labortechnik GmbH
Virchowstraße 10c, 78224 Singen

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und Infektionsprävention)

Prüfgebiet:

Hygiene und Infektionsprävention

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17364-01-02

Bereich: Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und Infektionsprävention)

Prüfgebiet: Hygiene und Infektionsprävention

Prüfart: Mikrobiologisch-hygienische Prüfungen

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung	Prüfgegenstand
MA 702-20 V1 2019-02	Bestimmung des Bioburden auf Oberflächen und Medikamenten, qualitativer und quantitativer Nachweis unter aeroben und anaeroben Bedingungen (Einschränkung: <i>hier ohne Medikamente</i>)	Oberflächen
MA 702-21 V2 2021-02	Bestimmung des Hygienestatus von Oberflächen, Endoskopspüllösungen und Flüssigkeiten	Oberflächen, Endoskopspüllösungen und Na-Cl Spüllösungen
MA 702-15-2 V1 2019-02	Luftkontrolle mit dem Luftkeimsammler oder mit Hilfe der Sedimentationsplatte	Sedimentationsplatten

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
MA	Hausmethode BML